

## TEDAVİ - İLAÇ - ANESTEZİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Araba komple steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı kompozit materyalden yapılmış olmalıdır.
4. Arabada sadece teker bağlantı yerinde ve iç şasesinde alüminyum iskelet kullanılmış olmalıdır.
5. Arabanın gerekli tıbbi malzemelerini konulacağı 1 (bir) adet 25 cm, 2(iki) adet 16 cm, 2(iki) adet 7 cm çekmecesine olmalıdır.
6. Tüm çekmeceler Kıırma Mühür Sistemli merkezi kilitleme ile kilitlenir olmalıdır.
7. Çekmeceler teleskopik ray sistemiyle çalışmalıdır ve kolay kapanılabilir özellikte olmalıdır.
8. Çekmecenin ortasında açıp kapanmak için ergonomik ve çekmece ile bütünlük içinde olan tutma yeri olmalıdır.
9. Arabanın üst bölümünde 10 hazneden oluşan ilaç saklama kutucukları olmalıdır.
10. Çekmecelerinin içinin dizaynıherhangi bir aparata gerek olmadan değiştirilebilir olmalıdır.
11. Çekmece içleri isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından istenildiği şekilde dizayn edilebilir olmalı;
  - a. 1. Çekmece 22 adet,
  - b. 2. Çekmece 18 adet,
  - c. 3. Çekmece 9 adet,
  - d. 4 ve 5. Çekmeceler 8 adet,şeffaf ayıraçla ayrılmış bölmeli olmalıdır. Bu bölme kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.
12. Arabanın üstünde itmek için el tutamaç yerleri olmalıdır.
13. Arabanın 360° dönebilen 125mm. çapında 2 adet frenli 2 adet frensiz tekerleği bulunmalıdır.
14. Tekerlekler aşınmaya ve darbeye dayanıklı dolgu tekerlekler olmalıdır.
15. Tekerlek frenleme sistemi kolay çalışabilen olmalıdır.
16. Arabanın üstten de her sırada 5 adetli iki sıralı şeffaf kapaklı devrilir kutular olmalıdır.
17. Arabanın en geniş ölçüleri dıştan dışa 61 cm x 79 cm olmalıdır.
18. Arabanın yerden yüksekliği 155 cm. olmalıdır.
19. Arabanın yan tarafında kapaklı çöp kovası olmalıdır.
20. Üst tablada şeffafkolay temizlenebilir. Örtü olmalıdır.
21. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
22. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.