

FETAL MONİTÖR (NST) US PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. US probu hastanemizde kullanılan COMEN marka ve model fetal monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. US probunun fetal monitöre bağlanan kısmı 4 pinli, tek çentikli konnektör olmalıdır.
3. US probu fetal kalp atışı (FHR) parametresini ölçmekte kullanılmalıdır.
4. US probu en az IPX1 seviyesinde sıvı temasına karşı korumalı olmalıdır.
5. Kablo gri renkte olmalıdır.
6. Kablo cihaz girişinden hastaya kadar tek parça olmalıdır.
7. Kablonun soket girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile takılma yönü belirtilmelidir.
8. Kablonun uzunluğu; uçtan uca en az 3.0m (± 0.1 m) olmalıdır.
9. Kablonun üzerinde garanti takibinin yapılabilmesi için; markası, ürün kodu, seri/lot numarası ve CE işareti olan bir etiket olmalıdır. Etiketsiz ürünler ürün takibi yapılamayacağı için kabul edilmeyecektir.
10. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
11. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
13. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

