

GE UYUMLU HASTABAŞI MONİTÖRÜ YETİŞKİN SPO2 PROBU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SpO2 probu hastanemizde kullanılan GE marka model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. SpO2 probunun cihaza bağlanan ucu 11 pinli olmalıdır.
3. SpO2 probu Trusignal teknolojisi ile uyumlu olmalıdır.
4. SpO2 probu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipte olmalıdır.
5. SpO2 probunun iç kısmının altı ve üstü silikon-kauçuk malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. SpO2 probunun kablo kalınlığı dayanıklı olması için en az 4 mm olmalıdır.
7. SpO2 probunun hem mandal hem konnektör kısmında kablonun bükülmesi-kırılmasına karşı korumalı olmalıdır.
8. SpO2 probu en az 2.9 metre uzunluğunda olmalıdır.
9. SpO2 probu lateks içermemelidir.
10. SpO2 probunun kablosu beyaz renkte olmalıdır.
11. SpO2 probunun kablosu malzemesi uzun ömürlü olması için TPU Kaplama olmalıdır.
12. SpO2 probunun cihaza bağlanan konnektöründe cihaz girişini kolaylaştırmak adına OK işareti ile giriş yönü belirtilmiş olmalıdır.
13. SpO2 probunun garanti takibi için üzerinde seri numarası, üretici firmanın markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
14. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
15. Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
16. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
18. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

