

YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çok kullanımlık SpO2 probu hastanemizde kullanılan marka model hastabaşı monitörleri / SpO2 cihazları ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Çok kullanımlık SpO2 probunun ara kabloya bağlanan ucu 9 pinli olmalıdır.
3. Çok kullanımlık SpO2 probu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipte olmalıdır.
4. Çok kullanımlık SpO2 probun iç kısmının altı ve üstü silikon-kauçuk malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. Çok kullanımlık SpO2 probu MASIMO teknolojisi ile uyumlu olmalıdır.
6. Çok kullanımlık SpO2 probunun kablo kalınlığı dayanıklı olması için en az 4 mm olmalıdır.
7. Çok kullanımlık SpO2 probunun hem mandal hem konnektör kısmında kablonun bükülmesi-kırılmasınakarşı korumalı olmalıdır.
8. Çok kullanımlık SpO2 probunun kablosu uzun ömürlü olması için TPU Kaplama olmalıdır.
9. Çok kullanımlık SpO2 prob yeni doğan hastalarda ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
10. SpO2 probu uzunluğu en az 85 cm olmalıdır.
11. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
13. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

