

NİHON KOHDEN UYUMLU HASTABAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ARA KABLO

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SpO2 ara kablosu hastanemizde kullanılan Nihon Kohden marka model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. SpO2 ara kablosunun cihaza bağlanan ucu 14 pinli olmalıdır.
3. SpO2 ara kablosunun prob bağlanan kısmı 9 pin girişli olmalıdır.
4. SpO2 ara kablosunun kablo kalınlığı dayanıklı olması için en az 4 mm olmalıdır.
5. SpO2 ara kablosunun hem prob hem konnektör kısmında kablonun bükülmesi-kırılmasına karşı korumalı olmalıdır.
6. SpO2 ara kablosunun prob girişi; probun kolaylıkla çıkmamasını önleyecek kapaklı bir sistemi olmalıdır.
7. SpO2 ara kablosu en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
8. SpO2 ara kablosu lateks içermemelidir.
9. SpO2 ara kablosunun malzemesi uzun ömürlü olması için TPU Kaplama olmalıdır.
10. SpO2 ara kablosunun cihaza bağlanan konnektöründe cihaz girişini kolaylaştırmak adına OK işareti ile giriş yönü belirtilmiş olmalıdır.
11. SpO2 ara kablosunun garanti takibi için üzerinde seri numarası, üretici firmanın markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
12. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
13. Kablonun dayanıklılığı önlemek için cırt-cırt bant ile sarılmış olmalıdır.
14. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
16. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

