

TEK KULLANIMLIK SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık SpO2 probu hastanemizde kullanılan marka model hastabaşı monitörleri / SpO2 cihazları ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Tek kullanımlık SpO2 probunun ara kabloya bağlanan ucu 8 pinli olmalıdır.
3. Tek kullanımlık SpO2 probu PHILIPS teknolojisi ile uyumlu olmalıdır.
4. Tek kullanımlık SpO2 prob yeni doğan hastalarda ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
5. Tek kullanımlık SpO2 probunun ucu yarabandı, flaster tipte esnek malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Tek kullanımlık SpO2 probunun parmağa yapıştırılan yerinin boyu en az 10 cm, eni en az 1.0 cm olmalıdır
7. Tek kullanımlık SpO2 probu üzerinde led ve sensör kısımların yerleri işaretli olmalıdır.
8. Tek kullanımlık SpO2 probu uzunluğu en az 85 cm olmalıdır.
9. Probun sarı renkli yarabandı malzemesinin üzerinde hangi boy kullanımına uygun
10. olduğu yazmalıdır.
11. Teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf yüzlü ambalaj ile verilmelidir.
12. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
14. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

