

SPACELABS 5 LEAD EKG UÇ KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG kablosu ucu SPACELABS marka EKG ara kablolarına uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun uç kısımları grabber uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerde basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması yazmalıdır.
3. Kablonun rengi gri olmalıdır.
4. EKG kablosu ucu 5 leadli olmalıdır.
5. Kablonun karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
6. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
7. Şeffaf poşet içinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
8. Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
9. Kablonun uzunluğu en az 85 cm olmalıdır.
10. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
12. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

