

MASIMO SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- SPO2 probu MASIMO marka cihazlarla uyumlu olacaktır.
- 2- SPO2 probu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipinde olmalıdır.
- 3- Mandal yapısının alt ve üst kısmı kauçuk malzeme kaplı olmalıdır.
- 4- Mandalın içindeki kauçuk malzemenin ışığı yansıtması için renginin lacivert olması gereklidir.
- 5- Kablonun rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 6- Kablonun soket giriş kısmı gri renkte olmalıdır. Soket HD-DB15 model olmalıdır.
- 7- Kablonun cihaz girişini kolaylaştırmak adına OK işareti ile giriş yönü belirtilmelidir.
- 8- Garanti takibi için üzerinde seri numarası, üretici firmanın markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 9- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 10- Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 11- Kablo 14 pinli olmalıdır.
- 12- Kablonun uzunluğu 290 cm olmalıdır.
- 13- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 14- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 15- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

