

MINDRAY SPO2 ARA KABLO

- 1- Mindray marka hastabaşı monitörü ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Probus kablosu beyaz renkte ve cihaza giriş soket kısmı mavi renkte olmalıdır.
- 3- Spo2 prob giriş konnektöründe şeffaf koruyucu kapak olmalıdır.
- 4- Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası, markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 5- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı yapıda ipi olmalıdır.
- 6- Kablonun cihazın soket kısmına girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile giriş yönü belirtilmelidir.
- 7- Teslimat sırasında karışıklık olmaması adına şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 8- Kablo 12 pinli olmalıdır.
- 9- Kablo uzunluğu en az 115 cm olmalıdır.
- 10- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 11- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 12- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

