

BIONET ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kablo BIONET marka _____ model monitörler ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Kablonun cihazın soketine giriş kısmı yeşil renkte ve yaylı olmalıdır.
- 4- Kablonun cihazın soket kısmına girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile giriş yönü belirtilmelidir.
- 5- Spo2 prob giriş konnektöründe şeffaf koruyucu kapak olmalıdır.
- 6- Garanti takibi için üzerinde seri numarası, markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 7- Teslimat sırasında karışıklık olmaması adına şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 8- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı yapıda ipi olmalıdır.
- 9- Kablo 6 pinli olmalıdır.
- 10- Kablo uzunluğu en az 115 cm olmalıdır.
- 11- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 13- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

