

GE HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG Kablosu GE marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması yazmalıdır.
- 3- Kablonun rengi gri renkte olmalıdır.
- 4- Gövde de hiçbir şekilde vida ya da söküp-takılabilen eklem olmamalıdır.
- 5- Kablo 3 lead olacaktır.
- 6- Kablonun soket girişini kolaylaştırmak için tırtıklı yüzeyi olmalıdır.
- 7- Kablonun karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
- 8- Kablonun üzerinde bağlantı noktalarını gösteren görsel olmalıdır.
- 9- Kablo 11 pinli ve cihaza giren soket kısmı yeşil renkli olmalıdır.
- 10- Kablo üzerinde garanti durumunun takibini yapmak için markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunduran bir etiket olmalıdır. Kablo üzerinde olmayan etiketler kabul edilmeyecektir.
- 11- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 12- Şeffaf poşet içinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
- 13- Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 14- Kablonun uzunluğu en az 285 cm olmalıdır.
- 15- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 16- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 17- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

