

### BIONET 3 LEAD EKG ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara kablo BIONET marka \_\_\_\_\_ model hasta başı monitörleri ile uyumlu çalışmalıdır
2. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması yazmalıdır
3. Kablonun rengi gri renkte olmalıdır.
4. Gövde de hiçbir şekilde vida ya da söküp-takılabilen eklem olmamalıdır.
5. Kablo 3 lead olacaktır.
6. Kablonun soket girişini kolaylaştırmak için tırtıklı yüzeyi olmalıdır.
7. Kablonun karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
8. Kablonun üzerinde bağlantı noktalarını gösteren görsel olmalıdır.
9. Kablo 8 pinli ve cihaza giren soket kısmı kısım renkli olmalıdır.
10. Kablo üzerinde garanti durumunun takibini yapmak için markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunduran bir etiket olmalıdır. Kablo üzerinde olmayan etiketler kabul edilmeyecektir.
11. Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
12. Şeffaf poşet içinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
13. Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
14. Kablonun uzunluğu en az 240 cm olmalıdır.
15. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
17. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

