

NORTHERN MEDITECH HASTA BAŐI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- EKG Kablosu NORTHERN MEDITECH marka Monitöre uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak deęişik renklerden basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduęu derivasyonun kısaltması yazmalıdır.
- 3- Kablonun rengi gri renkte olmalıdır.
- 4- Gövde de hiçbir şekilde vida ya da söküp-takılabilen eklem olmamalıdır.
- 5- Kablo 3 lead olacaktır.
- 6- Kablonun pinlerinin zarar görmemesi için ok işareti ile giriş yönü belirtilmelidir.
- 7- Kablonun karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
- 8- Kablonun üzerinde bağlantı noktalarını gösteren görsel olmalıdır
- 9- Kablo 12 pinli ve cihaza giren soket kısmı yeşil renkli olmalıdır.
- 10- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 11- Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduęu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduęu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretlerini bulunduran etiket olmalıdır.
- 12- Şeffaf poşet içinde nem tutucu bulunmalıdır.
- 13- Kablonun daęınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 14- Kablonun uzunluęu en az 285 cm olmalıdır.
- 15- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar deęerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 16- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 17- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar deęerlendirme dışı bırakılacaktır.

