

SCHILLER UYUMLU EKG CİHAZI EKG KABLOSU

1. EKG kablosu kurumumuzda kullanılan marka ve Model EKG cihazları ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablo kırılmalara karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kablo IEC renk kodlu olmalıdır.
4. Kablo 10 leadli olmalı ve BANANA tipte olmalıdır.
5. Kablo karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
6. Kablonun üzerinde bağlantı noktalarını gösteren görsel olmalıdır.
7. Leadlerin uç kısmında IEC standartlarına uygun harf kodları bulunmalıdır.
8. Kablonun garanti durumunun takibi için üstünde etiket olmalıdır. Etiketle kablonun markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunmalıdır.
9. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
10. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul
11. işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Kablonun cihaza bağlanan konnektörü 15 pinli olmalıdır.
13. Kablo Lateks içermemelidir.
14. Kablonun elektroda bağlanan kısmı BANANA tip Lead olmalıdır.
15. Kablonun Lead dağılım noktasına kadar olan kısmı en az 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
16. Kablonun Lead dağılım noktasından hasta göğüs elektrodlarına kadar olan uzunluğu en az 80 cm olmalıdır.
17. Kablonun Lead dağılım noktasından hasta uzuv elektrodlarına (mandallara) kadar olan uzunluğu en az 1.2 metre olmalıdır.

