

NELLCOR OXİ DISPOSABLE SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob NELLCOR uyumlu monitörler ile çalışmalıdır.
2. Prop yeni doğan hastalarda ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Prob ile tek parça halinde kablo olmalıdır.
4. Prob sarı renkli, yarabandı yapıda, esneye bilen bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Probun parmağa yapıştırılan yerinin boyu en az 10 cm, eni en az 1.0 cm olmalıdır.
6. Probun sarı renkli yarabandı malzemesinin üzerinde hangi boy kullanımına uygun olduğu yazmalıdır.
7. Probun üzerinde led ve sensör kısımların yerleri işaretli olmalıdır.
8. Teslimat sırasında karışıklık olmaması için ambalaj içindeki ürün görülebilmelidir.
9. Ambalajın arka tarafında ürünün markası, hangi marka grubuna uygun olduğu, hangi hasta tiplerinde kullanılabileceği, depolama bilgileri, çalışma koşulları bilgileri, menşei ve görsel uyarılar bulunmalıdır.
10. Probun kablosunun uzunluğu en az 85 cm olmalıdır.
11. Ambalaj boyutu 19-12cm (+-1cm) olmalıdır.
12. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
14. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

