

HASTABAŞI MONİTÖRÜ CİLT ISI PROBU

1. Cilt ısı probu hastanemizde kullanılan Mindray marka ve model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Cilt ısı probu tek kanallı olmalıdır.
3. Probun monitöre bağlanan ucu; yuvarlak iki pinli konnektör şeklinde olmalıdır.
4. Probun hastaya bağlanan ucu cilt ısı probu şeklinde olmalıdır.
5. Kablo gri renkte olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde herhangi bir şekilde vida ile sabitlenmiş veya sökölüp takılabilen bir ek olmamalıdır.
7. Kablo cihaz girişinden hastaya kadar tek parça olmalıdır.
8. Kablonun soket girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile takılma yönü belirtilmelidir.
9. Kablonun uzunluğu uçtan uca en az 2.7m (± 0.1 m) olmalıdır.
10. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
11. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
13. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

