

5 LEAD HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG ARA KABLOSU

1. EKG ara kablosu hastanemizde kullanılan Bionet marka ve model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablo 5 Lead'li bağlantıya uygun olmalıdır.
3. Kablonun cihaza bağlanan ucu; yuvarlak yapıda ve 12 pinli olmalıdır.
4. Kablonun lead kablosuna bağlanan kısmı 5 lead soketli ve 10 pinli olmalıdır. Tüm soketler IEC renk kodlarına uygun şekilde renklendirilmiş olmalı ve tüm soketlerin üzerinde ait olduğu derivasyona ait kısaltma yazmalıdır.
5. Kablo gri renkte olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde herhangi bir şekilde vida ile sabitlenmiş veya sökölüp takılabilen bir ek olmamalıdır.
7. Kablonun soket girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile takılma yönü belirtilmelidir.
8. Kablonun uzunluğu en az 2.5m (± 0.1 m) olmalıdır.
9. Kablonun üzerinde garanti takibinin yapılabilmesi için; markası, ürün kodu, seri/lot numarası ve CE işareti olan bir etiket olmalıdır. Etiketsiz ürünler ürün takibi yapılamayacağı için kabul edilmeyecektir.
10. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
11. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
13. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

