

3 LEAD HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG LEAD KABLOSU

1. EKG Kablosu hastanemizde kullanılan Philips marka ve model hastabaşı monitörlerinin EKG ara kablosu ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablo 3 Lead'li olmalıdır.
3. Kablonun ara kabloya bağlanan ucu; 6 soketli olmalıdır.
4. Kablonun hastaya bağlanan uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun şekilde renklendirilmiş olmalı ve tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyona ait kısaltma yazmalıdır.
5. Kablo gri renkte olmalıdır.
6. Kablonun uzunluğu en az 85 cm olmalıdır.
7. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
8. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
10. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

