

HASTABAŞI MONİTÖRÜ IBP ARA KABLOSU

1. IBP Kablosu hastanemizde kullanılan Mindray marka ve model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun cihaza bağlanan ucu; dairesel yapıda ve 12 pinli olmalıdır.
3. Kablonun IBP setine bağlanan kısmı UTAH tipte 4 pinli konnektör olmalıdır.
4. Kablo gri renkte olmalıdır.
5. Kablonun soket girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile takılma yönü belirtilmelidir.
6. Kablonun uzunluğu; uçtan uca en az 4m (± 0.1 m) olmalıdır.
7. Kablonun üzerinde garanti takibinin yapılabilmesi için; markası, ürün kodu, seri/lot numarası ve CE işareti olan bir etiket olmalıdır. Etiketsiz ürünler ürün takibi yapılamayacağı için kabul edilmeyecektir.
8. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
9. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
11. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

