

5 LEAD HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU

1. EKG Kablosu hastanemizde kullanılan Biocare marka ve model hastabaşı monitörleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablo 5 Lead'li olmalıdır.
3. Kablonun cihaza bağlanan ucu; yeşil renkte, yuvarlak yapıda ve 12 pinli olmalıdır.
4. Kablonun hastaya bağlanan uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun şekilde renklendirilmiş olmalı ve tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyona ait kısaltma yazmalıdır.
5. Kablo gri renkte olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde herhangi bir şekilde vida ile sabitlenmiş veya sökölüp takılabilen bir ek olmamalıdır.
7. Kablo cihaz girişinden hastaya kadar tek parça olmalıdır.
8. Kablonun soket girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile takılma yönü belirtilmelidir.
9. Kablonun üzerinde hasta bağlantılarını gösteren bir şema olmalıdır.
10. Kablonun uzunluğu; uçtan uca en az 3.4m (± 0.1 m), cihazdan lead kablolarının ayrılma noktasına kadar en az 2.5m (± 0.1 m), lead kablolarında en az 90cm (± 5 cm) olmalıdır.
11. Kablonun üzerinde garanti takibinin yapılabilmesi için; markası, ürün kodu, seri/lot numarası ve CE işareti olan bir etiket olmalıdır. Etiketsiz ürünler ürün takibi yapılamayacağı için kabul edilmeyecektir.
12. Kablo karışıklığı olmaması için cırt-cırt bant ile sarılı olmalıdır.
13. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
15. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

