

NORTHERN SPO2 KABLOSU

- 1- Spo2 kablosu NORTHERN marka _____ model cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- 2- Spo2 kablosu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipinde olmalıdır.
- 3- Mandal yapısının alt ve üst kısmı kauçuk malzeme kaplı olmalıdır.
- 4- Kablonun rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 5- Kablonun soket giriş kısmı mavi renkte olmalıdır.
- 6- Kablonun cihaza giriş ve çıkışını kolaylaştırmak adına soket üzerinde tırtıklı bir yapı olmalıdır.
- 7- Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası, üretici firmanın markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 8- Kablonun ambalaj poşetinin içindeki ürün etiketinde kablonun markası, hangi marka için kullanılabileceği, ref (model) numarası, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, üretim yeri, suya dayanıklılık standarttı ve sağ köşede uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 9- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 10- Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 11- Kablo 8 pinli olmalıdır
- 12- Kablonun uzunluğu 306cm(+2cm) olmalıdır.

